





VAKUUMINÄYTTEENOTTOPUTKET VIRTSATUTKIMUKSIIN

TUTKIMUS	PUTKI	KORKKI	HUOM
13039 U –pH-O	 BD (364915) 11 ml Logistiikkakeskus nro 901512 Ei säilöntäainetta	Vaalea beige muovikorkki	Näyte säilyy huoneenlämmössä 8 h, jääkaapissa 1 vrk.
1940 U -Solut 1941 U-Diffi 1881 U -KemSeul	 BD (364955) 10 ml Logistiikkakeskus nro 988656 Sisältää säilöntäainetta	Vihertävä muovikorkki	Täyttö vähintään merkkiviivaan asti. Sekoitus x 6. Näyte säilyy huoneenlämmössä 1 vrk.
1155 U -BaktVi Jos potilaasta on tilattu samalla kellon-lyömällä myös U-Solut ja/ U-Kemseul tulostuu tarra Virtsapak. Liimaa tämä tarra näyteputkeen. Yksi 10 ml putki riittää.	 BD (364955) 10 ml Logistiikkakeskus nro 988656 Sisältää säilöntäainetta	Vihertävä muovikorkki	Täyttö vähintään merkkiviivaan asti. Sekoitus x 6. Näyte säilyy huoneenlämmössä 1 vrk. HUOM! Jos näytettä on niukasti, täytä ensisijaisesti pieni 4 ml putki BD (368500).
3777 U-BaktJVi	 BD (364955) 10 ml Logistiikkakeskus nro 988656 Sisältää säilöntäainetta	Vihertävä muovikorkki	Täyttö vähintään merkkiviivaan asti. Sekoitus x 6. Näyte säilyy huoneenlämmössä 1 vrk.

Tutkimus 1941 U –Diffi voidaan tehdä vain, jos näyte on 10 ml säilöntäaineellisessa putkessa täytettynä vähintään merkkiviivaan asti.

JOS VIRTSANÄYTETTÄ ON VÄHÄN (3 ml – 7 ml)

- Siirrä näyte **pieneen 4 ml säilöntäaineelliseen vihreäkorkkiseen putkeen** siten, että putki täyttyy vähintään minimimerkkiin asti (3 ml) (vakuumisti tai kaatamalla).
- Kiinnitä kaikki pyyntötarrat näyteputkeen ja toimita näyte laboratorioon.
- Laboratoriossa näytteen vastaanottajaa tulee informoida, että näytettä oli vähän ja vaatii siksi erityishuomiota.

JOS VIRTSANÄYTETTÄ ON ERITTÄIN VÄHÄN (alle 3 ml)

- Siirrä näyte säilöntäaineettomaan beige korkkiseen putkeen (4 ml tai 11 ml).
- Kiinnitä kaikki pyyntötarrat näyteputkeen ja toimita näyte laboratorioon **välittömästi**.
- Laboratoriossa näytteen vastaanottajaa tulee informoida, että näytettä oli vähän ja vaatii siksi erityishuomiota.
- Jos näytemäärä on erittäin vähäinen (alle 1 ml), kaikkia haluttuja tutkimuksia ei saada välttämättä tehtyä.



BD (368500), logistiikkakeskus nro 900232, **4 ml säilöntäaineeton virtsan vakuumiputki**

BD (368500), 4 ml, säilöntäaineettomaan putkeen otetaan mm. seuraavat virtsanäytteet: U-Amyl (1080), U-Cl (2086), U-Gluk (1475), U-K(2004), U-Krea(2145), U-Na (2386), U-Pi(1433), U-Prot(2519), U-Urea(2890) ja U-AlbKrea(4511).
Lisätietoa ja tutkimuskohtaiset ohjeet tutkimusohjekirjasta: www.satadiag.fi/ Laboratorion ohjekirja