

Ulosteen *Clostridioides difficile* toksiinigeeni B, nukleiinihapon osoitus (F-CldTNhO, kl. 6141)

Testi osoittaa antibioottiripulin aiheuttajabakteerin toksiini B-geenin ulosteesta.

Tarvittavat välineet

1. Muovi- tai pahviastia
2. Copan eSwab 490CE.A –näytteenottotikku ja putki (kuva 1a) tai FecalSwab 470CE –näytteenottotikku ja putki (kuva 1b)
3. Muovipussi ja nimitarra



Kuva 1a. Copan eSwab



Kuva 1b. FecalSwab

Näytteenotto

1. Ulostasta muovi- / pahviastiaan tai WC – paperiin.
2. Pyörittele pakkauksessa olevan näytteenottotikun pumpuliosaa ulosteesta, erityisesti limaisissa kohdissa. Vältä liian runsasta näytettä!
 - a. Jos uloste on nestemäistä, pidä pumpuliosaa hetken nestemäisessä ulosteesta.
3. Siirrä tikku välittömästi näytteenoton jälkeen kuljetusputkeen, jonka pohjalla on nestettä.
Huom! Älä kaada nestettä pois putkesta.
4. Katkaise tikku taittamalla katkaisukohdasta ja sulje korkki.
5. Kirjoita nimi, henkilötunnus, näytteenottopäivämäärä ja kellonaika mukana tulleeseen nimitarraan.
6. Kiinnitä nimitarra kuljetusputkiin.
7. Laita kuljetusputki muovipussiin.
8. Näyte säilyy Copan eSwab – näyteputkessa huoneenlämmössä 5 vrk.

Huom! FecalSwab –näyteputkessa näyte säilyy huoneenlämmössä vain 2 vrk.

Palauta Copan eSwab – tai FecalSwab -näyteputki laboratorioon viimeistään seuraavana päivänä näytteenotosta!

Näytteen ottamiseen liittyvissä ongelmissa voi ottaa yhteyttä tutkimusta pyytäneeseen osastoon tai klinikkaan.

Vastausta voi tiedustella hoitavasta yksiköstä.

Katselmoitu 25.11.2021/MG.