

Efter montering av en djup hjärnstimulator (DBS)

Denna anvisning är avsedd för att utskrivas. Anvisningen innehåller ställen som ska fyllas i.

Denna anvisnings avsikt är att ge patienten och hens anhöriga information angående återhämtning från att ha monterats en djup hjärnstimulator.

Du har monterats en DBS-stimulator för att lindra din sjukdoms symptom. Stimulatorn opereras fast under huden vid bröstkorgen. Nätaggregatet kopplas till elektroder med hjälp av två ledningar, som löper under huden. Elektrodena är monterade i hjärnans målkärnor som reglerar rörelse och muskelfunktion. Deras funktion påverkar man med elektronisk stimulering, som kan regleras med en skild apparat. Nätaggregatet håller i ca sex år, varefter den måste bytas ut. Stimulatorns reglering sköts i första hand av en neurolog.

Inflammationsrisk

Stimulatorn är ett främmande objekt i kroppen och kan vara utsatt för inflammationer. På grund av detta bör du besöka en läkarmottagning då du misstänker en inflammation. Berätta om stimulatorn till läkaren, t.ex. hos tandläkaren. Under åtgärderna bör man sköta om antibiotiskt skydd. Manicken påverkar möjliga bilddiagnostiska undersökningar samt operationsåtgärder.

Skötsel av såret

Ifall avtagbara stygn eller klamrar användes i operationen tas de bort på hälsocentralen. Operationssår som är torrt och inte utsöndrar något får man duscha två dygn efter operationen.

Vid problemfall

Kontakta i första hand din egen regions jour ifall:

- du får feber
- såret läcker
- såret verkar vara inflammerat (rödhet, hetta, utsöndring)
- du får ökande huvudvärk eller illamående
- medvetandet försämras eller förvirring förekommer
- krafterna i armar och ben försämras

Gällande utskrivningen från sjukhuset kan du kontakta sjukskötaren på vardagar 02 3137172 klockan 9-10.

I ärenden som gäller intyg kan du ringa avdelningssekreteraren direct 02 313 2249 vardagar klockan 8-15.

Må så gott!