

EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

EREKTIONSPROTES

Erektionsprotes kan användas för erektionsstörningar för vilken övriga behandlingar inte hjälper. Protesen består av två konstgjorda expanderbara peniscylindrar, en pump och en behållare. Med de expanderbara peniscylindrarna ersätts den egna svällkroppen, d.v.s. efter implantationen av protesen är det inte längre möjligt att få erektion på annat sätt, även om protesen skulle avlägsnas. Protesens pump är kopplad med slangar till svällkropparna och till vätskebehållaren. Pumpen placeras i pungsäcken och behållaren i bukhålan.

Operationen

Operationen kan göras enligt val av metod antingen via ett eller två snitt. Det första snittet kommer alltid mellan pungen och penis. Det andra, korta snittet, på nedre delen av buken och används för implantation av vätskebehållaren. Eftersom det normalt förekommer mycket bakterier på operationsområdet och främmande föremål har en tendens att inflammas i samband med implantation, så använder man före och efter operationen stark antibiotika i allmänhet i två veckors tid. Efter operationen lägger man in en urinkateter som hålls kvar tills följande morgon.

Hemvård

Du får åka hem dagen efter operationen.

- Du får skilda anvisningar angående sårvård.
- Undvik ansträngning och tunga lyft fyra veckor efter operationen.
- Sjukledighetens längd är 4-6 veckor.
- Du får inte cykla under sjukledigheten.

Kontakta den urologiska bäddavdelningen om:

- du får feber
- det förekommer kraftig rodnad eller hetta på operationsområdet eller om du får avvikande utslag
- såren utsöndrar var
- du har avvikande kontinuerlig smärta
- en del av protesen blir synlig

Ibruktagande av protesen

Ibruktagande av protesen sker under handledning efter sex veckor på läkarens mottagning på den urologiska polikliniken. Samtidigt försäkras man ännu att protesen fungerar ordentligt och att du behärskar användningen av den. Protesen får inte användas före detta.

Protesens delar är mekaniska och slits. Protesens livslängd varierar från några år upp till t.o.m. 20 år. Förr eller senare kommer protesen att skadas. Då kan man eventuellt byta endast den del som gått sönder i en mindre operation.