

Eventuella komplikationer med centralavenkatetern

1. Om katetern stockas
 - Kontakta avdelningen, telnr.
2. Om katetern brister eller går sönder på något vis (till exempel ett hål)
 - Stäng klämman ifall katetern gått sönder nedanom den.
 - Om katetern gått sönder ovanför klämman sträva till att stänga katetern omedelbart med hjälp av en peang så nära patienten som möjligt eller genom att klämma ihop katetern med fingrarna. Ring nödcentralen telnr 112.
3. Om katetern flyttat på sig
 - Tryck på kateterns rot med en steril kompress och kontakta avdelningen, telnr.
4. Tecken på infektion
 - Rodnad, smärta eller ömhet runt ingångsstället av katetern och/eller feber kontakta avdelningen, telnr
5. Luftemboli, luft som sugits in via katetern
 - Symptom: andnöd och hosta.
 - Omedelbar vård: lägg barnet på vänster sida med huvudet nedåt, ring nödcentralen telnr 112.

Specialtillfällen vid användning av centralavenkatetern.

1. Om blod stiger upp i slangen
 - Om det inte finns luft i slangen spola med 5 milliliter koksalt (NaCl 0,9%).
 - Om det finns luft i slangen stäng katetern omedelbart och kontakta avdelningen, telnr
2. Kontrollering av trevägskranar och kopplingar
 - Kolla vid barnets läggdags att trevägskranarna och korkarna är fast men spänn dem inte för hårt.

3. Symptom vid blodpropp (trombos)

- smärta och enkelsidig svullnad i övre extremiteten, svullnad i trakten av halsen och axeln. Stäng katetern och kontakta avdelningen telnr

Anu Huurre

Specialläkare i barnhematologi och –onkologi