

Powerglide® midline-verisuonikanyylin hoito-ohje

PowerGlide® midline -verisuonikanyyli on tarkoitettu perifeeriseen suonensisäiseen nesteytykseen tai lääkitykseen, ja sitä voidaan käyttää enintään 29 vrk:n ajan. Tukkeutumisen estämiseksi kanyyli huuhdellaan 10 ml NaCl 0,9 % ruiskulla **12 tunnin välein** tai **jokaisen käytön jälkeen**. Pienikokoisilla tai lapsipotilailla käytetään huuhteluun 3 ml NaCl 0,9 %. Kanyyli huolletaan **4 vrk:n välein** tai **aina kun sidokset ovat likaantuneet, kostuneet tai irronneet**. Kolmitiehana vaihdetaan 4 vrk:n välein.

Tarvittavat välineet:

Instrumenttipöytä, steriili liina, steriilit suojakäsineet, tehdaspuhtaat suojakäsineet, kirurginen suu-nenäsuojus, steriili pesupakkaus, letkullinen kolmitiehana, StatLock® IV Ultra-pakkaus, steriilejä sideharsotaitoksia, alkoholisetrimonia (esim. Dermades®) tai klooriheksidiinialkoholia, keittosuolaa (NaCl 0,9 %) ja läpinäkyvä steriili kalvo (esim. Tegaderm™ tai Tegaderm™ CHG).

Midline -verisuonikanyylin pesu:

1. Pue kirurginen suu-nenäsuojus, desinfioi kädet ja tee steriili pöytä.
2. Desinfioi kädet ja täytä letkullinen kolmitiehana keittosuolalla (NaCl 0,9 %) valmiiksi.
3. Desinfioi kädet ja pue tehdaspuhtaat suojakäsineet.
4. Poista suojakalvo kanyylin päältä. Riisu käsineet.
5. Desinfioi kädet ja pue tehdaspuhtaat suojakäsineet.
6. Paina kanyylisuoni kiinni verenvuodon estämiseksi, suojaa pistokohta steriilillä taitoksella.
7. Irrota letkullinen kolmitiehana kanyylista.
8. Pyyhi kanyylin pää alkoholitaitoksella ja yhdistä kolmitiehana kanyyliin, huuhtele.



9. Kiinnitä kolmitiehana teipillä ihoon, jotta kanyyli pysyy paikallaan huollon ajan.

10. Liuota StatLock® -kiinnityssidos irti. Kostuta sidoksen kulma alkoholisetrimonilla (esim. Dermades®) kostutetulla steriilillä taitoksella ja pyyhi alkoholilla sidoksen alta, kunnes se irtoaa hyvin iholta.




11. Irrota StatLock® -kiinnityssidos iholta varovasti sinisistä siivekkeistä nostamalla siten, ettei kanyyli pääse liikkumaan.



12. Desinfioi kädet ja pue steriilit suojakäsineet. Aloita kanyylin pistokohdan pesu.

13. Jos kanyylin juuri on verinen tai eritteinen, pese ensin erite pois keittosuolalla. Anna kuivua.

14. Pese kanyylin pistokohta ja ympäröivä iho alkoholisetrimonilla (esim. Dermades®) kostutetuilla taitoksilla valumissuunta huomioiden. Aloita pesu pistokohdasta ja etene siitä ympäröivään ihoon. Anna kuivua (10–15 s).



15. Suojaa kiinnityssidoksen alle jäävä ihoalue Aplicare-ihonsuojakalvolla (mukana StatLock® IV Ultra-pakkauksessa) ja anna kuivua (10–15 s).



16. Kiinnitä ensin kanyyli StatLock® -kiinnityssidokseen ja sitten iholle. (Nuoli pistokohtaan päin!)



17. Peitä kanyyli kiinnityssidoksineen läpinäkyvällä steriilillä kalvolla (esim. Tegaderm™ tai Tegaderm™ CHG). Mikäli käytät Tegaderm™ CHG-kalvoa, huolehdi, että pistokohta on kunnolla CHG-tyynyn alla. Kiinnitä kolmitiehana ihoon StatLock® -pakkauksen teipillä.

