

Röntgentoiminnan säteilysuojelun täydennyskoulutus

Säteilylaki 859/2018 velvoittaa toiminnanharjoittajan huolehtimaan työntekijänsä riittävästä säteilysuojelun täydennyskoulutuksen saamisesta. Täydennyskoulutusvelvoite koskee säteilyn käyttöön osallistuvien työntekijöiden lisäksi säteilyturvallisuusasiantuntijaa ja -vastaavaa, lääketieteellisen fysiikan asiantuntijaa, säteilyyn perehtynyttä työterveyslääkärinä ja lähettävää lääkäriä. Täydennyskoulutuksen vaatimukset tarkemmin on listattu [Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1044/2018 liitteessä 5](#).

Koulutusvelvoitteen täyttyminen koskee myös toiminnanharjoittajalle työtä tekevää ulkopuolista työntekijää. Velvoitteen täyttymisen tarkastaminen on toiminnanharjoittajan vastuulla. Saadusta täydennyskoulutuksesta tulee pitää kirjaa työntekijäkohtaisesti.

Ammattiryhmä	tuntimäärä / 5 vuotta
Radiologian erikoislääkäri, hammasradiologi	40
Muu säteilyä runsaasti käyttävä lääkäri	40
Muu säteilyä käyttävä lääkäri, esimerkiksi hammaslääkäri	20
Lähettävä lääkäri, muu lähetteen antaja	8
Säteilyyn perehtynyt työterveyslääkäri	20
Sairaalafyysikko	40
Röntgenhoitaja	40
Säteilyn käytössä avustava muu terveydenhuollon ammattihenkilö, esimerkiksi rtg-kuvauksia tekevä lääkintävahtimestari, suuhygienisti tai hammashoitaja	20
Muu säteilylle altistavaa työtä tekevä terveydenhuollon ammattihenkilö, esimerkiksi leikkaussalityötä tekevä hoitaja	20

Lisävastuusta tuleva lisäkoulutusvelvoite

Säteilyturvallisuusvastaavana STV toimivan henkilön tulee saada täydennyskoulutusta vähintään 10 lisätuntia viidessä vuodessa.

Lääketieteellisen fysiikan asiantuntijana LFA toimivan henkilön tulee saada täydennyskoulutusta vähintään 20 lisätuntia viidessä vuodessa.

Säteilyturvallisuusasiantuntijana STA toimivan henkilön tulee saada täydennyskoulutusta vähintään 20 lisätuntia viidessä vuodessa.