

## ResGNS-seulonnan näytteenotto

- Näytteenottokohdat: uloste/rectum
- Lisäksi näytteet otetaan mahdollisista infektiokokkeista: haavat, ihorikot, dreenin juuri, katetrivirtsa
- Näytteet otetaan kahtena eri päivänä. Näytteiden välissä tulee olla vähintään yksi vuorokausi (24 tuntia).
- Valmiit näytepyyntöpakettit Weblabissa: **ResGNSVix2**
  - ohjelmoi automaattisesti näytepyynnöt kahdelle peräkkäiselle päivälle
- Mahdollisista infektiokokkeista tehdään jokaisesta erillinen pyyntö: ResGNSVi (11815)
- Seulontanäytteitä ei suositella otettavaksi antibioottihoitojen aikana, koska antibiootit voivat aiheuttaa väärän negatiivisen seulontatuloksen.

### ResGNS-näytteenotto (ResGNSVix2)

Resistenttien gram-negatiivisten sauvabakteerien selvittämiseksi tehtävä näytteenotto.

**Epidemiaselvitysten yhteydessä** tehtävissä näytteenotoissa ilmoitetaan laboratoriopyynnön lisätietokohtaan tieto etsittävästä mikrobista (esim. Klebsiella, CPE).

1. Varaa ottokohtien määrän mukaisesti eSwab-näytteenottosettejä (910050).



2. Ota näyte rectumista (peräsuoli) tai ulosteesta. Ulostenäytteessä näytetikku kastetaan ulosteeseen.
3. Näytetikku laitetaan eSwab-putkeen. Katkaise näytetikku katkaisukohdasta näyteputkeen. Sulje korkki huolellisesti. Liimaa tutkimuspyyntötarra näyteputkeen.
4. Ota näyte tarvittaessa muista infektiokokkeista. Jokainen näyte otetaan omaan näyteputkeen ja sille tilataan oma näytepyyntö (ResGNSVi, 11815). Jos potilaalla on virtsakatetri, otetaan siitä virtsanäyte, joka laitetaan eSwabin sijasta 10 ml säilöntäaineettomaan virtsanäyteputkeen.