

VERINÄYTTEENOTTO KESKUSLASKIMOKANYYLISTA



Välineet: Käsihuuhe, esiliina, suu-
nenäsuojus, tehdaspuhtaat suojakäsineet,
steriilejä taitoksia ja alkoholi (väh. 70%) tai
valmiita steriilejä puhdistuslappuja, steriili
10 ml ruisku ja korkki, steriili vakuumiohjain
ja luer –näytteenottoneula, verinäyteputket,
kertakäyttömuki/kaarimalja, 10 ml NaCl
valmisruiskussa, steriilit korkit.



Tavanomainen käsidesinfektio: 20 -
30 s huuhdhieronta kunnes kädet
ovat kuivat.



Kolmitiehanan kantakappaleen
ulkopinnan mekaaninen puhdistus
steriilillä alkoholitaitoksella (10-15
sekuntia). Anna kuivua.



Poista infuusioneste/
nestelukko kanyylin
lumenesta (5 –10ml)



Verinäytteenotto
vakuumiohjaimella.



Näytteenoton jälkeen hyvä, rauhallinen
pulsoiva huuhtelu (10 ml NaCl-
liuoksella). Huuhteluruisku ei saa
tyhjentyä aivan kokoaan ennen sen
irrottamista. Mäntä on pidettävä
pohjassa, kun kolmitiehana suljetaan.
Näin estetään syntyvä alipaine, joka voi
vetää verta kanyyliin.

Lopuksi kantakappaleen
puhdistus (10-15 s), anna
kuivua ja sulje steriilillä
korkilla. Poista
suojakäsineet ja desinfioi
kädet.

